

Przedbórz, dnia 28.09.2020 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu**

ul. Częstochowska 25

tel./fax.: 44 781 51 94

e-mail: [spzozprzedborz@wp.pl](mailto:spzozprzedborz@wp.pl)

[www.bip.przedborz.pl](http://www.bip.przedborz.pl) zakładka ZDROWIE

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na **dostawę** i montaż stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Nr sprawy **SPZOZ.412.2020**

**PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 tj z późn. zm.), Zamawiający informuje, że poniżej przedstawia pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

**TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w ramach wykonania zadania dostawę serwerowej stacji opisowej, zamiast dostawy dwóch osobnych urządzeń tj. serwera PACS i stacji opisowej?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ pkt II.2

Czy Zamawiający dopuści generator który charakteryzuje się częstotliwością 100 kHz, ale za to zapewnia najkrótszy czas ekspozycji 1 ms, a max prąd 800 mA, co znacząco przewyższa obecne wymagania Zamawiającego? Częstotliwość generatora to nie jest najważniejszy parametr – dużo ważniejsze są natężenia prądów możliwe do uzyskania, ponieważ to one pozwalają na maksymalne skrócenie ekspozycji i ograniczenie prawdopodobieństwa powstawania artefaktów.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ pkt III.11

Czy Zamawiający dopuści aparat z dodatkową filtracją Cu wprowadzaną/wyprowadzaną automatycznie w kolimatorze? Filtracja Cu jest dopuszczona w Procedurach Wzorcowych, a możliwość automatycznego wprowadzenia przez aparat dodatkowej filtracji po wyborze programu anatomicznego zabezpiecza przed pomyłkami.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ pkt IV.5

Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem obrotu kołpaka wokół osi poziomej  $\pm 140^\circ$ ? Taki zakres pozwala na wykonanie wszelkich projekcji w tym projekcji pacjenta na wózkach, przy statywie i na stole – na aparacie rtg nie wykonuje się projekcji w kierunku sufitu ( $\pm 180^\circ$ ).

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ pkt V.8

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu szuflady w stole min. 55 cm? W połączeniu z ruchem blatu stołu oraz wielkością detektora zapewnia to zakres badania pacjenta od stóp do głów.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ pkt VII.7

Czy Zamawiający dopuści detektor kwadratowy, większy niż wymagane 42 cm x 34 cm, ale o nieznacznie większej masie – 4,2 kg? Jest to niewielki wzrost od wartości dopuszczonej obecnie, za to większy kwadratowy detektor bardzo ułatwia wykonywanie m.in. zdjęć płuc ponieważ nie trzeba go obracać w zależności od budowy pacjenta. Ponadto detektor który chcemy zaoferować ma akumulator doładowywany podczas pracy detektora w statywie i w stole – dzięki czemu jest zawsze gotowy do pracy.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ pkt VIII.3 i VIII.12

Czy Zamawiający dopuści stację technika wyposażoną co najmniej w procesor Intel Core TM i5-6500 TE na której dostępny jest elektroniczny kolimator z prostokątnymi przesłonami (bez przysłon okrągłych) oraz która spełnia pozostałe wymagania tych dwóch punktów?

Jest to rozwiązanie równoważne, a przesłony elektroniczne odpowiadają kształtem przesłonom w kolimatorze.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza użytkować RTG do celów diagnostyki medycznej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że zamierza używać RTG do celów diagnostyki medycznej.**

**Pytanie nr 9**

Zamawiający wymaga realizacji zadania w terminie 7 dni. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 10 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania do 10 dni roboczych.**

**Pytanie nr 10**

Zamawiający wymaga w tabeli SIWZ 10 lat gwarancji części zamiennych, natomiast we wzorze umowy do SIWZ opisuje ten wymóg jako 15 lat, prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 10 lat dostępności części zamiennych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał dostępności elementów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do aparatu RTG przez okres co najmniej 10 lat, nie przez okres 15 lat. W Załączniku nr 6 do SIWZ § 5 ust. 13 doszło do pomyłki pisarskiej, która zostanie wyeliminowana z umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.**

**Pytanie nr 11**

Zamawiający określa w SIWZ punkt IV.1 termin dostawy jako do dnia 15 grudnia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie dostawę, jako czynność potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym (zał. 2 do wzoru umowy).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający rozumie dostawę przedmiotu zamówienia do dnia 15 grudnia 2020 oraz dostarczenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 12**

Zamawiający wymienia w SIWZ w punkcie III.5 wymóg dostarczenia oraz instalacji serwera PACS wraz z oprogramowaniem przeglądowym oraz automatyczną nagrywarką, jednak w żadnym innym dokumencie nie odnosi się do tego wymogu, ani nie określa parametrów tego serwera w zał nr 7 do SIWZ tabela "Zestawienie warunków i parametrów wymaganych". Prosimy o wykreślenie tego wymogu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia oraz instalacji serwera PACS wraz z oprogramowaniem przeglądowym oraz automatyczną nagrywarką kompatybilny z oferowanym aparatem RTG.**

**Pytanie nr 13**

Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez PWIS. RTG oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydane przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące: „Przekazanie do użytkowania wraz wykonaniem testów akceptacyjnych po uruchomieniu RTG i wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odmawia wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na stosowanie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14**

W przypadku odmowy na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że protokół z instalacji i uruchomienia (zwany też protokołem końcowym lub Protokołem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia) zostanie podpisany po realizacji zadania, rozumianym jako adaptacji pomieszczenia, wykonaniu dostawy, instalacji, uruchomienia i przekazanie gotowego do użytkowania aparatu RTG wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych, a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania. Termin uzyskania zezwolenia nie jest w żadnym stopniu zależny od Wykonawcy i wynosi ustawowo do 30 dni.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15**

Z uwagi na zakres prac do wykonania oraz aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy o wydłużenie okresu realizacji zadania z 7 do 10 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania do 10 dni roboczych.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wymaga wykonania nowego projektu osłon stałych dla pomieszczenia RTG?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga jeżeli będzie to konieczne do uzyskania niezbędnych pozwoleń. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 17**

Prosimy o opublikowanie Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 18**

Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni RTG z aparatem RTG.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 19**

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 20**

Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni RTG.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 21**

Prosimy o podanie wagi dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 22**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 23**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że ewentualne wzmocnienie osłon stałych ścian i stropów pracowni RTG nie jest w zakresie prac Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową dla nowego aparatu RTG o parametrach 35 kVA [moc chwilowa do 110 kVA]?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 25**

Prosimy o udzielenie informacji dotyczącej długości trasy dla kabla zasilającego RTG, jego ułożenia od rozdzielni głównej budynku do pomieszczenia technicznego oraz informację o warunkach środowiskowych w jakich przebiega trasa.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający udostępni pomiar impedancji międzyfazowej na polu zasilania aparatu RTG w rozdzielni głównej budynku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 27**

Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania aparatu RTG.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 28**

Prosimy o udostępnienie posiadanej dokumentacji oraz opisu dla stropu podłogowego pracowni RTG.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający w przypadku konieczności wzmocnienia stropu udostępni pomieszczenie poniżej pracowni RTG na czas konieczny do wykonania niezbędnych prac?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**Pytanie nr 30**

Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń dla pracowni RTG w formacie edytowalnym DWG.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 31**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający Wykona we własnym zakresie adaptację pomieszczenia dla

nowego aparatu RTG zgodnie z wytycznymi Siemens dla tego aparatu (wzmocnienie, kanały kablowe, instalacje elektryczne, wentylacja i klimatyzacja) oraz wszelkie wymagane osłony.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 32**

Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych dla pomieszczenia RTG. Brak opisu oznacza wykonanie tylko niezbędnej adaptacji – tj. wykonanie prac koniecznych do zainstalowania aparatu dla realizacji zadania z wykorzystaniem istniejących elementów (grzybki awaryjne, lampy ostrzegawcze, kanały kablowe).

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach pracowni RTG? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający oczekuje malowania ścian i sufitów pomieszczeń pracowni RTG? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 35**

Czy Zamawiający oczekuje wymiany opraw oświetleniowych w pomieszczeniach pracowni RTG? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy wymienić oprawy.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 36**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 37**

Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia RTG. Prosimy o udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 38**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 39**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego montaż i

uruchomienie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni w miejscu instalacji stacji technika blaty robocze oraz gniazda ethernetowe RJ-45 do podłączenia stacji do sieci szpitalnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 40**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej diagnostyki.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 41**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 42**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 43**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania demontażu nieniszczącego dla obecnego aparatu RTG.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga demontażu nieniszczącego dla obecnego aparatu RTG.**

**Pytanie nr 44**

Prosimy o wskazanie miejsca składowania starego aparatu RTG i drogi transportu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 45**

Prosimy Zamawiającego o podanie nazwy i producenta posiadanego systemu informatycznego RIS/PACS z jakim ma się komunikować nowy aparat i stacja opisowa.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej. Zgodnie z SSIWZ.**

**Pytanie nr 46**

Zamawiający w specyfikacji SIWZ tabela punkt X.7 wymaga możliwości przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu, natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i przekaze je Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia oraz instalacji serwera PACS wraz z oprogramowaniem przeglądownym oraz automatyczną nagrywką kompatybilny z oferowanym aparatem RTG, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 47**

Zamawiający w specyfikacji określa dwa wymagania:

1. Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików.
2. Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem "lokalnego archiwum", oraz wskazania kto jest nim zarządza.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający używając sformułowania archiwum lokalne ma na myśli archiwum plików DICOM zlokalizowane na dysku twardym komputera, na którym jest zainstalowana przeglądarka.**

**Zarządzanie tym archiwum jest w gestii użytkownika systemu.**

**Pytanie nr 48**

Prosimy o wskazanie umiejscowienia stacji opisowej wymaganej w przetargu (np.. Pokój opisowy lekarski).

**Odpowiedź:**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, ul. Częstochowska 25, Pokój lekarski.**

**Pytanie nr 49**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni wymaganą infrastrukturę IT o odpowiedniej przepustowości (okablowanie sieci komputerowej, zasilanie) w miejscu rozstawienia stacji opisowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 50**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do stacji opisowej biurka i krzesła?

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie nr 51**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem RTG interkomu do komunikacji pomiędzy salą badań, a sterownią?

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie nr 52****Załącznik nr 7 do SIWZ****Zestawienie warunków i parametrów wymaganych**

**ust. V. pkt 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o zakresie ruchu szuflady 68 cm? Niewielka różnica zaledwie 2 cm nie ma istotnego wpływu na możliwości użytkowe i diagnostyczne stołu. Stół, który chcemy Państwu zaoferować posiada większe niż wymagane zakresy ruchu: wzdłużny blatu 120 cm, poprzeczny blatu 30 cm oraz wymiary: długość blatu 240 cm i szerokość 88,7 cm.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 53**

**ust. X. pkt 6.** Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, które nagrywa badanie w formacie DICOM wraz z przeglądarką i wyświetla komunikat o poprawnym zakończeniu nagrania?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 54**

**ust. X. pkt 10.** Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, które obsługuje Dicom GSPS w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu w formie key images?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 55**

**ust. X. pkt 24.** Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, gdzie jest możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG wraz z danymi pacjenta bądź bez danych pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 56**

**ust. X. pkt 26.** Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, które umożliwia wyświetlanie każdego zapisanego GSPS w formie key images?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 57**

**ust. X. pkt 27.** Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, które umożliwia wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem oddzielnych narzędzi?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 58**

**ust. X. pkt 28.** Czy zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej posiadające możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach tylko dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz wydruku tych samych danych co w wyświetlanym opisie na obrazach?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 59**

**ust. X. pkt 29.** Wymaganą funkcjonalność oferują z reguły systemy typu HIS/RIS. W związku z tym czy zamawiający zrezygnuje z tych wymagań dla oprogramowania stacji lekarskiej?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 60**

**Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych – L.p. IV.5.** Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z kolumną o zakresie obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi pionowej wynoszącym +/-165°. Oferowany zakres umożliwia wykonywanie wszystkich ekspozycji radiografii ogólnej.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 61**

**Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych – L.p. IV.5** Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stołem o zakresie ruchu szuflady pod blatem stołu wynoszącym 61cm?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 62**

**Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych – L.p. IX.6** Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania stacji lekarskiej z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie płyt dla pacjentów, lecz bez komunikatu z danymi pacjenta po zakończeniu nagrywania płyt?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 63**

**Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych – L.p. IX.5, IX 26** Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania stacji lekarskiej z oprogramowaniem bez funkcji obsługi DICOM Grayscale Softcopy State (GSPS) oraz bez możliwości wyświetlania zapisanych GSPS?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 64**

**Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych – L.p. IX.22** Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania stacji lekarskiej z oprogramowaniem bez możliwości ręcznej synchronizacji serii, tak aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 65**

**Dotyczy 5) dostarczenie oraz instalację serwera PACS wraz z oprogramowaniem przeglądowym oraz automatyczną nagrywarką,**

Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ nie zawarł specyfikacji serwera PACS ani automatycznej nagrywarki. Czy Zamawiający posiada takie systemy i wymaga podłączenia do nich dostarczanego aparatu oraz stacji? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta systemu oraz informację czy Zamawiający posiada licencje na podłączenie do systemu PACS? Czy Zamawiający posiada umowę serwisową która obejmuje podłączenie nowych urządzeń do systemu PACS?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 66**

**Dotyczy 5) dostarczenie oraz instalację serwera PACS wraz z oprogramowaniem przeglądowym oraz automatyczną nagrywarką,**

Czy Zamawiający wymaga dostawy kompatybilnego z aparatem systemu PACS?

**Odpowiedź:**

**Tak, wymaga.**

**Pytanie nr 67**

**Dot. zapisów SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia pkt.3., 7)** Czy termin dostawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego 15 grudnia 2020 należy rozumieć jako termin dostawy przedmiotu Zamówienia wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na stosowanie przedmiotu zamówienia? Czy podany termin 15 grudnia 2020 należy rozumieć jako wyłącznie termin dostawy i instalacji aparatury?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający rozumie dostawę przedmiotu zamówienia do dnia 15 grudnia 2020 oraz dostarczenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 68**

**Dot. zapisów SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia pkt.3., 7)** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzyskania pozytywnych opinii, zgód, decyzji administracyjnych itp. dokumentów związanych z realizacją zadania, Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich uzyskanie.

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie nr 69**

**Dot. zapisów SIWZ, IV. Termin i warunki wykonania zamówienia pkt.1** Prosimy o potwierdzenie, że termin dostawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 grudnia 2020 nie uwzględnia terminu uzyskania dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, z uwagi na brak wpływu Wykonawcy na terminy działania organów administracji publicznej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający rozumie dostawę przedmiotu zamówienia do dnia 15 grudnia 2020 oraz dostarczenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 70**

**Dot. zapisów Załącznik nr 6 do SIWZ, §1, ust.1** Prosimy o potwierdzenie, że prace budowlane, prace adaptacyjne oraz prace wykończeniowe pracowni rentgenowskiej związane z przygotowaniem jej do funkcjonowania nowego aparatu RTG leżą po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 71**

**Dot. zapisów Załącznik nr 6 do SIWZ, §5, ust.13** Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien zagwarantować dostępność elementów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do aparatu RTG przez okres co najmniej 10 lat, zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 do SIWZ (zestawieniem warunków i parametrów wymaganych), IX Wymagania dodatkowe, pkt. 3. gdzie Zamawiający wskazuje wymóg gwarancji produkcji części zamiennych aparatu RTG przez okres 10 lat. Co za tym idzie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Załączniku nr 6 do SIWZ, §5, pkt.13 doszło do pomyłki pisarskiej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga 10 lat dostępności części zamiennych.**

**Pytanie nr 72**

**Dot. zapisów Załącznik nr 6 do SIWZ, §6, ust.1, lit.b)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 1% wartości brutto określonej w § 1 ust.2 za każdy dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 73**

**Dot. zapisów Załącznik nr 6 do SIWZ** Czy Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę projektu osłon stałych do pracowni rentgenowskiej? Czy Zamawiający posiada aktualny projekt osłon pracowni rentgenowskiej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga jeżeli będzie to konieczne do uzyskania niezbędnych pozwoleń. Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej.**

**Pytanie nr 74**

**Dot. zapisów Załącznik Nr 7 do SIWZ, II, Generator RTG, pkt.2** Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu aparat RTG wyposażony w nowoczesny generator wysokiej częstotliwości, sterowany mikroprocesorem, wykorzystującym technologię inwertera z obwodami IGBT, o niższej częstotliwości pracy tj. do 25 kHz?

Częstotliwość pracy generatora 400 kHz jest parametrem wysoce zawyżonym, niemającym wpływu na pracę aparatu oraz jego właściwości diagnostyczne. Częstotliwość pracy generatora o zakresie 400 kHz jest również parametrem faworyzującym rozwiązania konkretnego producenta sprzętu, ograniczając tym samym możliwości do złożenia innych konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 75**

**Dot. zapisów Załącznik Nr 7 do SIWZ, IV, Wolnostojąca kolumna podłogowa RTG, pkt.5** Czy Zamawiający dopuści w przetargu aparat RTG o zakresie obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej  $\pm 150^\circ$ ? Zakres ruch kołpaka  $\pm 150^\circ$  wokół osi poziomej jest parametrem ogólnie stosowanym i w zupełności wystarczającym z uwagi na to, że nikt nie wykonuje zdjęć wiązką skierowaną do góry. Oczekiwany przez Zamawiającego zakres obrotu kołpaka wokół osi poziomej  $\pm 180^\circ$  jedynie sztucznie ogranicza możliwość złożenia innych konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 76**

**Dot. zapisów Załącznik Nr 7 do SIWZ, V, Uniwersalny stół diagnostyczny, pkt.6** Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat RTG wyposażonym w stół diagnostyczny o zakresie ruchu poprzecznego blatu stołu 24 cm? Różnica 1cm nie będzie miała żadnego wpływu na funkcjonalność diagnostyczną aparatu.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 77**

**Dot. zapisów Załącznik Nr 7 do SIWZ, V, Uniwersalny stół diagnostyczny, pkt.8** Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat RTG wyposażonym w stół diagnostyczny o zakresie ruchu szuflady z detektorem pod blatem stołu 51 cm?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 78**

**Dot. zapisów Załącznik Nr 7 do SIWZ, VII, Detektor bezprzewodowy** Czy zamawiający potwierdza, że będzie wymagał wodoodporności detektora cyfrowego min. IPX7?

W obecnej sytuacji związanej z COVID-19 takie rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo podczas utrzymania czystości i dezynfekcji detektora bez ryzyka jego uszkodzenia/zalania.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 79**

Czy wraz z aparatem rtg należy zaoferować jako wyposażenie niezbędne zestaw wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości cyfrowych aparatów RTG zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, czyli składający się co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczość) oraz fantomu równoważnego pacjentowi (powtarzalność ekspozycji/dawki oraz testy AEC) dedykowanego do mocowania na kolimatorze aparatu rtg ?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 80**

Czy wraz z niezbędnym zestawem wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości cyfrowych aparatów RTG należy zaoferować oprogramowanie online wspomagające wykonywanie testów kontroli jakości oraz jego instalację a także przeprowadzić szkolenie z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości aparatu cyfrowego i obsługi programu wspomagającego wykonywanie testów kontroli ?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 81**

„Minimalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi” - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu odległości ogniska od podłogi min 43cm do 190cm?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 82**

„Długość blatu stołu, szerokość blatu stołu” - Czy zamawiający dopuści do przetargu stół o wymiarach min 218x75cm, różnica jest znikoma?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 83**

„Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu” - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem przesuwu poprzecznego blatu min 23cm, jest to tylko 2 cm mniej niż warunek graniczny?

**Odpowiedź:**  
**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 84**

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z maksymalnym obciążeniem blatu stołu w ruchu dynamicznym min 200kg?

**Odpowiedź:**  
**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 85**

„Zakres ruchu szuflady z detektorem pod blatem stołu  $\geq 70\text{ cm}$ ” - Czy zamawiający nie dopuścił się pomyłki wymagając tak dużego zakresu ruchu szuflady? Standardowo każdy ruch powyżej 40-50cm łącznie jest bardzo dużym zakresem prosimy o dopuszczenie ruchu 56cm?

**Odpowiedź:**  
**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 86**

„Rozdzielczość detektora (liczba pikseli)  $\geq 7,5\text{ mln}$ ” - Czy zamawiający dopuści do przetargu detektor o matrycy min 6,5miliona pikseli?

**Odpowiedź:**  
**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 87**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, które nagrywa badanie w formacie DICOM wraz z przeglądarką i wyświetla komunikat o poprawnym zakończeniu nagrania?

**Odpowiedź:**  
**Nie, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 88**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, które obsługuje Dicom GSPS w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu w formie key images?

**Odpowiedź:**  
**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 89**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, gdzie jest możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG wraz z danymi pacjenta bądź bez danych pacjenta?

**Odpowiedź:**  
**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 90**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, które umożliwia wyświetlanie każdego zapisanego GSPS w formie key images?

**Odpowiedź:**  
**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 91**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej, które umożliwia wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem oddzielnych narzędzi?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 92**

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie stacji lekarskiej posiadające możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach tylko dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz wydruku tych samych danych co w wyświetlanym opisie na obrazach?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 93**

„Możliwość wykonania opisów badania przez różnych lekarzy zalogowanych w programie stacji opisowej (np. opis radiologa i opisy klinicystów) oraz dołączenie wykonanych opisów do badania w postaci osobnych plików w formacie DICOM; opis może być edytowany tylko przez użytkownika, który jest jego autorem” - Wymaganą funkcjonalność oferują z reguły systemy typu HIS/RIS. W związku z tym czy zamawiający zrezygnuje z tych wymagań dla oprogramowania stacji lekarskiej?

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 94**

Wnioskujemy o zmianę kryterium oceny ofert z

| Lp. | Kryterium       | Ranga |
|-----|-----------------|-------|
| 1   | Cena            | 60%   |
| 2   | Termin dostawy  | 20%   |
| 3   | Okres gwarancji | 20%   |

Na

| Lp. | Kryterium       | Ranga |
|-----|-----------------|-------|
| 1   | Cena            | 80%   |
| 2   | Termin dostawy  | 10%   |
| 3   | Okres gwarancji | 10%   |

W interesie Zamawiającego leży uzyskanie najlepszego sprzętu w określonym budżecie i w jak najlepszej cenie.

Obecne kryteria zbyt mocno preferują termin dostawy oraz długość gwarancji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie nr 95

Zamawiający określił we wzorze umowy §6.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust.2;
  - b) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy w wysokości 2 % wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, co jednak nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia naprawienia szkody w wysokości przekraczającej wartość naliczonych w ten sposób kar, jeżeli uchybienie terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę spowoduje inne negatywne skutki finansowe dla Zamawiającego (np. utratę dotacji, jeśli dotyczy, konieczność uiszczenia kar na rzecz instytucji finansującej, jeśli dotyczy).
  - c) za naruszenie terminów wskazanych w § 5 (czas reakcji w ramach serwisu gwarancyjnego, czas naprawy serwisowej) w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
  - d) za dostarczenie sprzętu z wadami w wysokości 2% wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem;
  - e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 12 i § 4 – 2% % wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu,
  - f) za naruszenie postanowień, o których mowa w §12 – 0,5% wartości brutto określonej w § 1 ust. 2.
2. Jeżeli szkoda Zamawiającego wyrządzona z danego tytułu przekracza wysokość naliczonych kar, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Jeżeli to samo zdarzenie stanowić może podstawę nałożenia kar z różnych tytułów, Zamawiający stosuje jedną, najwyższą karę.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Kary umowne są nadzwyczaj wysokie, Zamawiający nierówno traktuje Wykonawcę oraz Zamawiający powołuje się na §12 którego nie ma.

W związku z tym wnioskujemy o zmianę §6 na następujący:

#### § 6

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
  - g) w razie odstąpienia od umowy **przez Wykonawcę** – w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust.2;
  - h) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy w wysokości **0,2 %** wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, co jednak nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia naprawienia szkody w wysokości przekraczającej wartość naliczonych w ten sposób kar, jeżeli uchybienie terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę spowoduje inne negatywne skutki finansowe dla Zamawiającego (np. utratę dotacji, jeśli dotyczy, konieczność uiszczenia kar na rzecz instytucji finansującej, jeśli dotyczy).
  - i) za naruszenie terminów wskazanych w § 5 (czas reakcji w ramach serwisu gwarancyjnego, czas naprawy serwisowej) w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
  - j) za dostarczenie sprzętu z wadami w wysokości **0,2%** wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem;
  - k) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 12 i § 4 – **0,2%** wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu,
  - ~~l) za naruszenie postanowień, o których mowa w §12 – 0,5% wartości brutto określonej w § 1 ust. 2.~~

6. Jeżeli szkoda Zamawiającego wyrządzona z danego tytułu przekracza wysokość naliczonych kar, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Jeżeli to samo zdarzenie stanowić może podstawę nałożenia kar z różnych tytułów, Zamawiający stosuje jedną, najwyższą karę.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6 do SIWZ w ten sposób, że § 6 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:**

**§6**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy **lub w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę** – w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust.2;
  - b) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy w wysokości 2 % wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, co jednak nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia naprawienia szkody w wysokości przekraczającej wartość naliczonych w ten sposób kar, jeżeli uchybienie terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę spowoduje inne negatywne skutki finansowe dla Zamawiającego (np. utratę dotacji, jeśli dotyczy, konieczność uiszczenia kar na rzecz instytucji finansującej, jeśli dotyczy).
  - c) za naruszenie terminów wskazanych w § 5 (czas reakcji w ramach serwisu gwarancyjnego, czas naprawy serwisowej) w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
  - d) za dostarczenie sprzętu z wadami w wysokości 2% wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem;
  - e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 2 ust. 12 i § 4 – **1 %** wartości brutto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu,
  - ~~f) za naruszenie postanowień, o których mowa w §12 – 0,5% wartości brutto określonej w § 1 ust. 2.~~
2. Jeżeli szkoda Zamawiającego wyrządzona z danego tytułu przekracza wysokość naliczonych kar, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Jeżeli to samo zdarzenie stanowić może podstawę nałożenia kar z różnych tytułów, Zamawiający stosuje jedną, najwyższą karę.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**II. Zmianie ulegają:**

Załącznik nr 6 do SIWZ tj. wzór umowy, poprzez:

- zmianę treści § 6 na treść jak w odpowiedzi na pytanie nr 95,
- zmianę treści § 5 ust. 13 na następujący:

„Wykonawca gwarantuje dostępność elementów eksploatacyjnych oraz części zamiennych na terenie Polski przez okres co najmniej 10 lat.”

Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 28.09.2020 r. na:

- 1) Stronie internetowej <http://bip.przedborz.pl> zakładka ZDROWIE,
- 2) Tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,
- 3) a/a.

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Przedborzu

Renata Łuczyńska