

Przedbórz, dnia 07.10.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

ul. Częstochowska 25

tel./fax.: 44 781 51 94

e-mail: spzozprzedborz@wp.pl

www.bip.przedborz.pl zakładka ZDROWIE

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na **dostawę** i montaż stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Nr sprawy **SPZOZ.441.2020**

**PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 tj z późn. zm.), Zamawiający informuje, że poniżej przedstawia pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie nr 1

Rozdział II. Generator RTG. Punkt 2. Częstotliwość napięcia anodowego generatora ≥ 400 kHz.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie częstotliwości napięcia anodowego generatora 240 kHz.

Powyższy opis promuje i wskazuje wyłącznego jednego dostawcę aparatu RTG. Zmiana opisu pozwoli nam na złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Rozdział IV. Wolnostojąca kolumna podłogowa RTG. Punkt 5. Zakres obrotu kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej $\geq \pm 180^\circ$.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zakresu obrotu kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej $\pm 135^\circ$.

Zmiana opisu pozwoli nam na złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Rozdział V. Uniwersalny stół diagnostyczny. Punkt 5. Zakres ruchu szuflady z detektorem pod blatem stołu ≥ 70 cm.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zakresu ruchu szuflady z detektorem pod blatem stołu 50 cm.

Powyższy opis promuje i wskazuje wyłącznego jednego dostawcę aparatu RTG. Zmiana opisu pozwoli nam na złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Rozdział VIII. Stacja technika RTG. Punkt 12. Procedury przetwarzania obrazu po badaniu

- Wyświetlanie pojedynczego obrazu.
- Przegląd wielu obrazów
- Funkcja powiększenia i lupy
- Regulacja okna / kontrastu.
- Regulacja poziomu / jasności.
- Inwersja w skali szarości (pozytyw / negatyw).
- Odwracanie obrazy lewo / w prawo i góra / dół.
- Obracanie obrazu w skokach co 90°.
- Wyostrażające i wygładzające filtry przestrzenne
- Elektroniczny kolimator z kwadratowymi / okrągłymi przesłonami.
- Adnotacja tekstu i znaczników na obrazie.

Elektroniczny kolimator z kwadratowymi / okrągłymi przesłonami.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego i potwierdzam spełnienie wszystkich opisanych procedur przetwarzania obrazu po badaniu za wyjątkiem opisu, elektroniczny kolimator z okrągłymi przesłonami.

Powyższy opis promuje i wskazuje wyłącznego jednego dostawcę aparatu RTG. Zmiana opisu pozwoli nam na złożenie równoważnej oferty.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Rozdział VIII. Stacja technika RTG. Punkt 10. Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podanie producentów ich dostawców i nazw systemów HIS/RIS.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada systemu HIS/RIS. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Rozdział X. Stacja diagnostyczna 1 szt. Punkt 3. Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podanie nazwy producenta i nazwy systemu PACS , który jest zainstalowany na serwerze PACS / serwerach PACS. W jaki sposób ma być zintegrowany klient PACS z serwerem PACS ?

W którym systemie HIS/RIS czy PACS będą opisywane badania diagnostyczne przez lekarza radiologa ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada systemu PACS i HIS/RIS. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Rozdział X. Stacja diagnostyczna 1 szt. Punkt 4. Przechowywanie badań pobranych z serwera w lokalnym archiwum.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podanie nazwy produktu, archiwum obrazkowego, zainstalowanego na serwerze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada archiwum obrazu zainstalowanego na serwerze. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Rozdział X. Stacja diagnostyczna 1 szt. Punkt 13. Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podanie nazw modalności, nazw urządzeń diagnostycznych oraz w ich ilości. Na podstawie zapisów w punkcie 13 wynika iż Zamawiający chce opisywać badania tomografii komputerowej. Czy Zamawiający będzie opisywał badania CT na wyspecyfikowanej stacji diagnostycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada urządzenia diagnostycznego, jednak chce mieć możliwość opisu CT w przyszłości. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Rozdział X. Stacja diagnostyczna 1 szt. Punkt 36. Para monitorów medycznych 21", 2 MP oraz dedykowana do nich karta graficzna dostosowanych do przeglądania badań radiologii klasycznej wg. Rozporządzenia.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dostarczona para monitorów medycznych wyświetlała na ekranie monitora obraz kolorowy z opcją mono, czy wyłącznie obraz mono?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedź czy do pracowni RTG ma być nowy kabel zasilający doprowadzony i o jakiej mocy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga nowego kabla zasilającego jeżeli jest to konieczne. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedź jakie jest użytkowe obciążenie stropu nad piwnicą oraz nad parterem. Ponadto proszę o informację w jakiej technologii został wykonany strop i jakie jest dopuszczalne obciążenie stropu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiej informacji. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Proszę o odpowiedź czy w pomieszczeniu zostały zamontowane osłony stałe spełniające wymagania dla oferowanego aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający umożliwił wizję lokalną. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Proszę o odpowiedź czy pomieszczenie będzie przygotowane pod instalację aparatu RTG i będą wykonane kanały pod aparaty RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni istniejące kanały do instalacji nowego aparatu RTG. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Prosimy o odpowiedź czy w pomieszczeniu będą zainstalowane nowe drzwi ołowiane oraz okno radiologiczne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający umożliwił wizję lokalną.

Pytanie nr 15

Proszę o odpowiedź czy szpital pozwoli na wykonanie podłogowych kanałów kablowych, i późniejsze ich zakrycie pod instalację aparatu RTG jeżeli będzie to konieczne? Czy oferent ma ująć koszty adaptacyjne pomieszczenia w cenie oferty?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający umożliwi wykonanie podłogowych kanałów kablowych, i późniejsze ich zakrycie pod instalację aparatu RTG jeżeli będzie to konieczne. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Proszę o odpowiedź czy po zainstalowaniu aparatu generalny wykonawca dokona zakrycia kanałów kablowych pod instalację aparatu RTG?

Odpowiedź:

Nie. Instalacja aparatu RTG jest po stronie Wykonawcy. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Proszę o odpowiedź po czyjej stronie będzie wykonanie podłogi w pracowni RTG oraz w pomieszczeniach przynależnych do pracowni?

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego. Zgodnie z SWIZ.

Pytanie nr 18

Proszę o odpowiedź po czyjej stronie będzie wykonanie skrzynki elektrycznej, do której będzie wpięty aparat RTG?

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego. Wykonawca wykorzysta istniejącą rozdzielnię główną, natomiast rozdzielnia aparatu leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z SWIZ.

Pytanie nr 19

Proszę o odpowiedź po czyjej stronie będzie wykonanie wentylacji w pracowni RTG o odpowiedniej ilości wymian powietrza?

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego. Zgodnie z SWIZ.

Pytanie nr 20

Proszę o odpowiedź po czyjej stronie będzie dostawa i montaż klimatyzacji w pracowni RTG oraz w sterowni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu klimatyzacji w pracowni RTG i sterowni. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych – L.p. IV.5

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z kolumną o zakresie obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej wynoszącym $\pm 165^\circ$. Dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z kolumną o takim zakresie umożliwi nam zaoferowanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych – L.p. V.8

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stołem o zakresie ruchu szuflady pod blatem stołu wynoszącym 61cm? Dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stołem o takim zakresie ruchu umożliwi nam zaoferowanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ, §1, ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że prace budowlane, prace adaptacyjne oraz prace wykończeniowe pracowni rentgenowskiej związane z przygotowaniem jej do funkcjonowania nowego aparatu RTG leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 07.10.2020 r. na:

- 1) Stronie internetowej <http://bip.przedborz.pl> zakładka ZDROWIE,
- 2) Tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,
- 3) a/a.

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Przedborzu

Renata Łuczyńska